



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРОСТАНДАРТ" (ООО "МЕТРОСТАНДАРТ")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312729

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДУГ/11-10-2024/377847200

Действительно до 10.10.2025

Средство измерений Установки поверочные; ВПУ - Энерго М; ВПУ-Энерго М-00-00-0-03; Рег. № 60661-15
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 020.15.1200

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе Преобразователь расхода тахометрический ПРТ ДУ-15 № 151200

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с МП 0246-1-2015

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением 3.7.АБЭ.0002.2021

эталонов: регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: температура: 23,2 С; атм. давление: 100,8 кПа; отн. влажность: 41,5 %; другие

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

факторы: Температура воды 22,2 С

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению в качестве
Эталон 3-го разряда; Приказ Росстандарта от 26.09.2022 г. № 2356

указываются наименования эталонов согласно государственным, локальным поверочным схем и методик поверки

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-377847200>

Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ: 377847200

Поверитель Харитонов С.Н.

Знак поверки: 24 ДУГ

фамилия, инициалы

Генеральный директор

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

Паймуллин В.Н.

фамилия, инициалы

Дата поверки 11.10.2024